



Rösner-Mautby Meditrade GmbH  
Medipark 1  
83088 Kiefersfelden – Germany  
Telefon: +49 (0)8033/9760-0  
Fax: +49 (0)8033/9760-60  
E-Mail [info@meditrade.de](mailto:info@meditrade.de)  
Internet [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)  
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

## DATENBLATT GENTLE SKIN PREMIUM OP

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

*OP-Handschuh aus Latex, steril, puderfrei,  
mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand,  
für den Einmalgebrauch.*

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF / Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
902155W / 5,5	mind. 295 // 72 ± 4	Schaft: 0,180 ± 0,020 Handfläche: 0,220 ± 0,020 Finger: 0,230 ± 0,020
90216W / 6	mind. 295 // 77 ± 5	
902165W / 6,5	mind. 295 // 83 ± 5	
90217W / 7	mind. 295 // 89 ± 5	
902175W / 7,5	mind. 295 // 95 ± 5	
90218W / 8	mind. 295 // 102 ± 6	
902185W / 8,5	mind. 295 // 108 ± 6	
90219W / 9	mind. 295 // 114 ± 6	

### INHALTSSTOFFE

Naturkautschuklatex\*, ZDEC, ZDBC, ZnO, Sulfur, Antioxidant, Polymer, Titanium Dioxide.

**Frei von:** MBT und Thiuramen.

### VERPACKUNG

Peelverpackung	Box	Karton	Palette
1 Paar	50 Paar	4 Boxen	35 Karton

### HALTBARKEIT

**5 Jahre** bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5° Grad und über 35° Grad vermeiden).

**WICHTIGER HINWEIS:** NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIALVERÄNDERUNGEN / INFEKTIONSRSIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

\*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.

## **STERILISATION**

---

**Sterilisationsverfahren:** Elektronenbestrahlung (Electron Beam)

## **PRODUKTBEZOGENE NORMEN**

---

**EN 455** / AQL 0,65

**EN 374** / wasserdichter Handschuh mit geringfügigem Schutz gegen chemische Gefahren

## **QUALITÄTSZERTIFIKATE**

---

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse II a gem. Richtlinie 93/42/EWG

**WICHTIGER HINWEIS:** NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL- VERÄNDERUNGEN / INFEKTIONSRSIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).  
\*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.